



Produits sanguins  
Cellules souches  
Tissus humains

4045, boul. Côte-Vertu  
Saint-Laurent (Québec) H4R 2W7  
Téléphone : 514 832-5000  
Télécopieur : 514 904-8350  
Télécopieur : 1 866 811-9465

1070, avenue des Sciences-de-la-Vie  
Québec (Québec) G1V 5C3  
Téléphone : 418 780-4362  
Télécopieur : 1 866 811-9465

**HQ-21-017**

## **CIRCULAIRE**

### **Lavage des culots globulaires**

Le 22 avril 2021

**AU DIRECTEUR DE LA BANQUE DE SANG  
AU CHEF TECHNOLOGISTE/COORDONNATEUR DE LA BANQUE DE SANG  
AU RESPONSABLE DE LA BANQUE DE SANG  
AU DIRECTEUR DU CENTRE D'HÉMOPHILIE**

Madame,  
Monsieur,

Veillez noter les modifications suivantes au processus de lavage des culots globulaires :

#### Culots lavés

À compter du 26 avril 2021, le lavage de culots globulaires s'effectuera **exclusivement** avec l'appareil ACP 215. L'ACP 215 effectue le lavage des culots en circuit fermé, ce qui permet l'utilisation de ces culots jusqu'à un **maximum de 7 jours** après le lavage.

#### Culots sang rare glycérolés

Il n'y a pas de changement pour les culots glycérolés. À titre de rappel, la déglycérolisation de tous les culots de sang rare utilisant l'ACP 215 était entrée en vigueur le 8 décembre 2019 et la date de péremption varie en fonction de la technique avec laquelle le culot a été glycérolé :

- Culot glycérolé Meryman (circuit ouvert) : Péremption de 24 heures
- Culot glycérolé ACP 215 (circuit fermé) : Péremption de 7 jours

Vous pouvez vous référer à la circulaire HQ-19-038 pour consulter de nouveau les détails concernant ces modifications.

Nous vous invitons à consulter nos circulaires sur notre site Web à [www.hema-quebec.qc.ca](http://www.hema-quebec.qc.ca), dans la section intitulée *Professionnels de la santé/Produits sanguins/Circulaires d'information*.

Nous demeurons à votre disposition pour toute information additionnelle. Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations cordiales.

#### ***Original signé par***

Marie-Hélène Robert, directrice au partenariat clinique avec les centres hospitaliers

- c. c.
- M<sup>me</sup> Marie-Claire Chevrier, directrice des laboratoires de référence
  - Dr Marc Germain, vice-président aux affaires médicales et à l'innovation
  - Dr Gilles Delage, vice-président aux affaires médicales en microbiologie
  - D<sup>re</sup> Nancy Robitaille, vice-présidente à la médecine transfusionnelle
  - D<sup>r</sup> Christian Renaud, directeur médical en microbiologie et épidémiologie
  - D<sup>re</sup> Catherine Latour, directrice médicale en hématologie et cellules souches
  - M. Louis-Philippe Gagné, directeur service à la clientèle et planification